

**KALİBRASYON  
SERTİFİKASI**  
NIST ONAYLI

- Hassasiyet: 0,01mm
- DIN878 Standardına uygundur
- Limit uçları ile tedarik edilir
- Opsiyonel aksesuar:  
arka kapaklar (sayfa 94-95),  
temas uçları (sayfa 92-93)



**2892-10**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Histerezi	Aralık	Saat okuma	Açıklama
<b>2892-10*</b>	10mm	17µm	3µm	1mm	0-100	kulaklı kapak
<b>2892-10F*</b>	10mm	17µm	3µm	1mm	0-100	düz kapak

\* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

## KOMPARATÖR SAATI

**INSIZE PLUS**  
ALMAN MALI

