

# METRİK DİJİTAL KUMPASLAR

“BEKLE” TUŞUNA BASILI  
TUTARAK KİLİTLEME

BİLGİ  
ÇIKIŞI

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI  
DKD ONAYLI


- Hassasiyet: 0,01mm
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, bekletme
- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Bilgi çıkışı
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Seçmeli aksesuar: veri çıkış kablosu  
(kod 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A, 7305-A01/A02)



1109-150

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme tekerleği	L	a	b	c	d
1109-150 *	0-150mm	±0,03mm	dahil	236	21	16	16	40
1109-200 *	0-200mm	±0,03mm	dahil	286	24	19	16	50
1109-300 *	0-300mm	±0,03mm	dahil	400	25	20,5	16	60
1109-150W *	0-150mm	±0,03mm	hariç	236	21	16	16	40
1109-200W *	0-200mm	±0,03mm	hariç	286	24	19	16	50
1109-300W *	0-300mm	±0,03mm	hariç	400	25	20,5	16	60



\* DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir