

TERS OKUMALI KOMPARATÖR SAATI


KIYMETLİ
TAŞ YATAKLI

**KALIBRASYON
SERTİFİKASI**
NIST ONAYLI



2801-10

- DIN878 Standardına uygundur
- Derinlik ve adım ölçümleri içindir
- Kıymetli taş yataklı
- Limit uçları ve çerçeve kelepçesi ile tedarik edilir
- Opsiyonel aksesuar: arka kapaklar (sayfa 94-95), temas uçları (sayfa 92-93)



| Kod | Ölçüm aralığı | Hassasiyet | Doğruluk | Histerezi | Aralık | Saat okuma | Açıklama |
|-----------|---------------|------------|----------|-----------|--------|------------|---------------|
| 2801-10F* | 10mm | 0,01mm | 17µm | 3µm | 1mm | 100-0 | düz kapak |
| 2801-10* | 10mm | 0,01mm | 17µm | 3µm | 1mm | 100-0 | kulaklı kapak |

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir